



大寺



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9340

浙江大寺计量校准有限公司

Zhejiang Dasi Metrology and Calibration Co. Ltd

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 22000085848 号
Certificate No.

委托单位: 嘉兴正祺电气设备有限公司
Customer

委托方地址: /
Address of Customer

器具名称: 工业铂热电阻
Name of Instrument

型号/规格: ZQ-YKZ-PB2A2-SSL4(分度号: Pt100)
Model / Type

器具编号: 02
No. of Instrument

制造单位: 嘉兴正祺电气设备有限公司
Manufacture



批准人: 蒋陶宏
Approved by

核验员: 马利锋
Checked by

校准员: 徐正华
Calibrated by

受样日期: 2022年04月13日
Date of Received Year Month Day

校准日期: 2022年04月13日
Date of Calibration Year Month Day

发布日期: 2022年04月13日
Date of Issued Year Month Day



计量校准机构备案证书号: (2015) 浙量校(杭) S001号
Calibration certificate NO.

公司地址(Address): 杭州市拱墅区大关路26号.
Address: No.26, Daguan Road, GongShu District, Hangzhou, Zhejiang

传真 (FAX): 0571-88839642
邮编 (Post Code): 310011
电话 (Tel): 0571-88838301

证书编号: 22000085848

Certificate No.

| 1. 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: No. CNAS L9340 CNAS certificate of laboratory accreditation No. CNAS L9340 | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|------------------------|
| 2. 校准所依据的技术文件 (Based on the type of documents): JJG 229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》 | | | | |
| 3. 校准所使用的主要计量标准器具 (Standards of Measurement used in the calibration): | | | | |
| 名称及 出厂编号 Standards / SN | 测量范围 Measuring Range | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 Uncertainty / Accuracy / MPE | 溯源单位及证书号 Traceability Unit / Cert No | 有效期至 Date of Expiry |
| 标准铂电阻温度计2 00884 | (-189.3442 ~ 419.527) °C | 二等 | 上海市计量测试技术研究院 2021E11-20-31Q5990001 | 2023-03-31 |
| 4. 校准地点 Location 杭州市拱墅区大关路26号温度实验室 | | | | |
| 5. 环境条件 Environment 温度(Temp): 21.6 °C 相对湿度(R. H.): 64 % 大气压(Atmospher): | | | | |
| 校 准 结 果 Results of Calibration | | | | |
| 校准温度点°C | 对应电阻值Ω | 温度误差°C | 不确定度 $U (k=2)$ °C | |
| 0 | 100.073 | +0.19 | 0.06 | |
| 100 | 138.344 | -0.43 | 0.08 | |
| α (°C ⁻¹) | 0.003824 | | | |
| $\Delta\alpha$ (°C ⁻¹) | -0.000027 | | | |
| 以下空白 | | | | |

注: 本证书封面未加盖校准专用章无效 (Note: This certificate is invalid if not sealed on head page)